



## Fiche Vérification VSAV 1 COC

Annexe 3 MaJ 0 VSAV COC 00

Service Départemental D'incendie et  
de Secours de Moselle  
CIS COURCELLES-CHAUSSEY  
Service VSAV

Ce listing inclus le listing officiel du Service Matériel et SSSM; il est adapté pour le VSAV du CIS Courcelles-Chaussey qui comporte plus de matériels.

Réponse O: Si matériels et accessoires sont présents, vérifiés (mis en marche), non périmés, non détériorés.

Réponse N: Matériels et/ou accessoires sont manquants, périmés, détériorés, en panne, sans possibilité de réparation.

CELLULE DE CONDUITE	O	N	AGRES	O	N	Date Vérification
Etat carrosserie et peinture			1 projecteur portatif			
Carburant > 3/4			1 OFD			
Démarrage			1 Gilet Haute Visibilité C/A			<b>Immatriculation VSAV</b>
Eclairage agrès			3 Gilets Haute Visibilité SP			
Gyrophares AV-AR			1 boîte de gants UU			
Deux tons			<b>1 porte documents :</b>			<b>Vérifié par</b>
Eclairage intérieur			- Fiches Bilans > 10			
2 cales de roue			- 1 réglette EVA			
1 brise vitre/coupe ceinture			- Feuilles de décharge > 3			
3 lampes frontales			<b>Boîte à gants :</b>			<b>Réalisation Désinfection</b>
			3 paires de crampons anti verglas			Désinfection Courante
			1 polycoise			Désinfection Approfondie
<b>SAC DE L'AVANT</b>						<b>Remarques</b>
<b>Poche Extérieure Haut</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>Poche Extérieure Bas</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	Le matériel manquant est à rajouter dans le VSAV  L'excédent de matériel est à <b>réintégrer dans la réserve</b> consommable du CIS
1 stéthoscope			1 lampe bilan			
1 manomètre de tensiomètre			1 paire de ciseaux			
1 brassard pédiatrique			1 thermomètre épitympanique	<b>O</b>	<b>N</b>	
1 brassard adulte			1 oxymètre de pouls			
1 brassard gros bras			<b>1 pochette bleue Glucomètre:</b>			<b>Commentaires Vérificateur(s)</b>
			- 1 glucomètre			
<b>Poche Extérieure Droite</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	- 4 autopiqueurs UU			
1 sac déchets contaminés			- 1 boîte de bandelettes			
<b>Poche Extérieure Gauche</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	- 1 paquet de compresses			
4 paires de gants UU			- 1 Chlorhexidine unidose			
<b>Dessus</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	- 1 ampoule de Glucose 30%			
1 détecteur CO						
<b>Pochette Transparente</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>Intérieur Sac</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	
1 Brulstop 10*10			1 BAVU adulte complet			
1 Brulstop 20*20			1 aspirateur Ambu Twin Pompe			
1 couverture de survie			1 cardio-pompe			
1 drap à usage unique			1 portoir souple			
3 feuilles de décharge						
			<b>Trousse Rouge</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	
<b>Trousse Verte</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	2 paires de gants UU			
1 poche iso. Section membre			3 Bétadine jaune unidose			
2 poches de froid			3 chlorexidine unidose			
1 pansement CHUT			1 NaCl 0,9% (50ml)			
<b>Trousse Bleue</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	10 sachets de compresses			
1 jeu de canules T.1, 2, 3, 4			3 pansements américaines			
1 BAVU pédiatrique complet			1 rouleau de sparadrap			
1 raccord biconique			2 grandes bandes			
1 masque O2 UU HC adulte			2 petites bandes			
1 masque O2 UU HC pédiatrique			2 champs stériles UU			
2 sondes d'aspi. CH26 (SP)			1 garrot artériel			



## Fiche Vérification VSAV 1 COC

Annexe 3 MaJ 0 VSAV COC 00

**Service Départemental D'incendie et  
de Secours de Moselle  
CIS COURCELLES-CHAUSSEY  
Service VSAV**

Ce listing inclus le listing officiel du Service Matériel et SSSM; il est adapté pour le VSAV du CIS Courcelles-Chaussey qui comporte plus de matériels.

Réponse O: Si matériels et accessoires sont présents, vérifiés (mis en marche), non périmés, non détériorés.

Réponse N: Matériels et/ou accessoires sont manquants, périmés, détériorés, en panne, sans possibilité de réparation.

Emplacements Hauts Côté Conducteur	O	N	Rangement Face Avant Paroi	O	N	Rangement Face Avant Tiroir Rouge	O	N
1 lot AES			1 bobine papier sur dévidoir			5 aiguilles roses 18G (troc card)		
1 kit accouchement			1 gel hydro-alcoolique			3 seringues de 10CC		
			1 classeur de procédures			3 seringues de 20CC		
1 BAVU adulte comple			<b>Emplacement DSA</b>	O	N	3 perfuseurs		
1 BAVU pédiatrique complet			1 DSA avec:			2 garrots veineux (élastiques)		
			- 2 jeux d'électrodes			1 réceptacle à aiguilles PM		
3 masque O2 UU HC adulte			- 1 rasoir UU			5 fixateurs de perfusion		
2 masque O2 UU HC pédiatrique			- 1 paire de ciseaux			2 champs stériles UU		
						3 cathlons G18 (vert)		
<b>Emplacements Hauts Côté C/A</b>	O	N	<b>Autres Emplacements</b>	O	N	3 cathlons G20 (rose)		
1 lot de colliers cervicaux (*4) (gris, vert, jaune, orange)			1 bouteille O2 15 litres			3 rasoirs UU		
			2 bouteille O2 5 litres					
			1 aspirateur à mucosité			<b>Rangement Face Avant Tiroir Bleu</b>	O	N
2 poches de froid			1 plan dur			2 sondes d'aspi. CH26 (SP)		
1 traction émur adulte			1 chaise portoir			3 haricots UU		
2 écharpes UU			1 civière à aubes			2 sachets type VOMIX		
			1 matelas coquille (MID)			1 réceptacle+tubulure Aspi.		
1 lot brûlures étendues			<b>Rangement Face Avant Tiroir Blanc n°1</b>	O	N	2 canules taille 1 (blanc)		
1 pansement pour brûlés/bléssés						2 canules taille 2 (vert)		
2 Brulstop 10*10			1 CO Testeur avec embouts			2 canules taille 3 (orange)		
2 Brulstop 20*20			<b>Rangement Face Avant Tiroir Blanc n°2</b>	O	N	2 canules taille 4 (rouge)		
<b>Etagère Soluté Perfusions</b>	O	N	1 spray désinfectant et lingettes			2 raccords biconiques		
2 NaCl 0,9% (500ml)			<b>Rangement Face Avant Tiroir Blanc n°3</b>	O	N	2 masques chirurgicaux type bloc		
1 Ringer Lactate (500ml)						2 masques protection type FFP2		
<b>Rangement Face Avant Capucine</b>	O	N	1 réceptacle à DASRI mou			<b>Rangement Face Avant Tiroir Orange</b>	O	N
1 attelle petit modèle			<b>Rangement Face Avant Tiroir Vert</b>	O	N	1 rouleau sacs poubelles		
1 attelle grand modèle						3 draps UU		
1 couverture bactériostatique			4 lunettes de protection			2 housses mortuaires		
1 portoir souple			1 coupe bague					
			1 paire de ciseaux					
<b>Rangement Face Avant Etagère Sous Capucine</b>	O	N	20 paquets de compresses			<b>Coffre Latéral</b>	O	N
			5 pansements américains			1 extincteur poudre 9 kg		
1 boîte de gants UU			1 CHUT			1 casque F2 "homme du rang"		
1 otoscope			2 couvertures de survie			1 KED		
1 thermomètre frontal			5 Bétadine jaune unidose			1 pompe à dépression manuelle		
1 lampe bilan			5 chlorexidine unidose			1 cale tête		
1 marteau réflexe			2 NaCl 0,9% (50ml)			1 sangle araignée pour plan dur		
1 stéthoscope			5 grandes bandes			1 paire de chaînes neige textile		
1 manomètre de tensiomètre			5 petites bandes					
1 brassard pédiatrique			2 rouleaux de sparadrap					
1 brassard adulte			1 garrot artériel					
1 brassard gros bras			2 ampoules de Glucose 30%					
			3 autopiqueurs UU					